

使用全自動腹膜透析機治療注意事項

- 一、為確保透析品質，使用全自動腹膜透析機治療中，不建議中途分離管組。
- 二、若遇以下原因需中途分離則其建議處理如下：

原因	建議處理方式
1. 因身體不適，需就醫治療 	分離後，改 <u>手動換液治療</u>
2. <u>不預期的停電</u> ，超過2小時 	等待恢復供電後，改 <u>手動換液治療</u>
3. 如廁 	不建議分離，若已分離，改 <u>手動換液</u> ，並隔日來電詢問需 <u>換液包數</u>

聯絡資訊

義大醫院
 地址：高雄市燕巢區角宿里義大路1號
 電話：07-6150952

義大大昌醫院
 地址：高雄市三民區大昌一路305號
 電話：07-6150208